

## 测试报告

### TEST REPORT

证书编号: [2019YH03231327]  
Certificate No.

委托方名称  
Customer 武汉华意电力科技有限公司

委托方地址  
Address 湖北省武汉市东湖新技术开发区高新二路41号谷方T4栋


器具名称  
Name Of Sample SF6定性检漏仪

制造厂商  
Manufacturer 武汉华意电力科技有限公司

型号规格  
Model/Type XP-1A

器具编号  
No Of Sample 1905262

测试依据  
Reference Documents 参照: JJF 1263—2010 六氟化硫检测报警仪校准规范



环境条件 Environmental condition	温度: 24.0℃	相对湿度: 47 %	其它: _____
	Temperature	R.H.	Others

发证单位 (专用章)  
Issued by (stamp)



发证日期  
Calibration date 2019 年 06 月 17 日  
Y M D

证书批准人  
Approved by 石曙光  
核 验  
Checked by 赵田能  
测 试  
Tested by 龙飞虎

注:

本证书未加盖本院(中心)测试专用章无效。未经本院(中心)许可,不得部分复制本证书。

本测试结果,仅对测试对象的本次测试有效。

测量溯源性说明:本次测量所使用的计量仪器均可溯源到国家计量基准。



## 测试结果

Results Of Test

一、外观及初步检查: 符合要求

二、通入  $102 \mu \text{mol/mol}$  的标准 SF6 气体, 仪器六颗灯亮, 声光报警正常。

以下空白。

